

# NL


## 1. Principe

First-void urine is de eerste straal urine van de urinelozing. Sluit de container (steriel, met schroefdop) zorgvuldig om contaminatie en lekkage te vermijden. In afwachting van ophaling dient de urine koel (2°C – 8°C) bewaard te worden.

Eerstestraal urine is de voorkeursmatrix bij mannen voor de opsporing van *Neisseria gonorrhoeae* en *Chlamydia trachomatis* via PCR. Opsporing via urine is voor mannen immers even betrouwbaar als een urethrale swab. Bij vrouwen is de diagnostiek op urine minder gevoelig en is een vaginale of cervicale afname te verkiezen.

## 2. Materiaal

Eerstestraal urine wordt opgevangen in een steriel potje. (beschikbaar via het labo/ de aanvragende arts)



### VESTIGINGSEENHEID

#### **Afdeling CRI Gent**

Industriepark Zwijnaarde 3 - B-9052 Zwijnaarde  
T. +32 9 329 23 00 - Fax +32 9 329 23 01  
labo@cri.be - www.cri.be  
Erkenningsnummer 8-44711-62-998

### MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

#### **Cerba HealthCare Belgium bv bvba**

Humaniteitslaan 116  
B-1070 Anderlecht  
BE 0419.540.638

# FR

## 1. Principe

L'urine 1<sup>er</sup> jet est le premier jet d'urine de la miction. Fermez soigneusement le récipient à urine (stérile, avec bouchon à vis) pour éviter toute contamination et fuite. Gardez l'urine au frais (2 – 8°C).

L'urine 1<sup>er</sup> jet est préférée à l'urine mi-jet pour la détection de *Neisseria gonorrhoeae* et *Chlamydia trachomatis* par PCR. La détection sur urine est pour les hommes autant fiable que sur un prélèvement urétral. Chez la femme, la détection est moins sensible sur l'urine et un prélèvement vaginal ou cervical et préférable.

## 2. Matériel

L'urine 1<sup>er</sup> jet se collecte dans un récipient stérile. (disponible au labo/ chez le médecin prescripteur)



### VESTIGINGSEENHEID

#### Afdeling CRI Gent

Industriepark Zwijnaarde 3 - B-9052 Zwijnaarde  
T. +32 9 329 23 00 - Fax +32 9 329 23 01  
labo@cri.be - www.cri.be  
Erkenningsnummer 8-44711-62-998

### MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

#### Cerba HealthCare Belgium bv bvba

Humaniteitslaan 116  
B-1070 Anderlecht  
BE 0419.540.638

# EN


## 1. Principal

First-void urine is the first stream of urine when urinating. Close the urine container (sterile with screw cap) carefully to avoid contamination and leakage. Keep the urine cool (2 – 8°C).

First-void urine is preferable for the detection of *Neisseria gonorrhoeae* and *Chlamydia trachomatis* by PCR. Detection on urine is as reliable as the detection on a urethral swab for men. For women, the diagnosis on urine is less sensitive and a vaginal or cervical sample is preferable.

## 2. Material

Midstream urine needs to be collected in a sterile container. (available at the lab/ prescribing doctor)



### VESTIGINGSEENHEID

#### **Afdeling CRI Gent**

Industriepark Zwijnaarde 3 - B-9052 Zwijnaarde  
T. +32 9 329 23 00 - Fax +32 9 329 23 01  
labo@cri.be - www.cri.be  
Erkenningsnummer 8-44711-62-998

### MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

#### **Cerba HealthCare Belgium bv bvba**

Humaniteitslaan 116  
B-1070 Anderlecht  
BE 0419.540.638